

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1079/BVM-VTTTBYT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm máy Phaco cơ động

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nhu cầu mua sắm máy Phaco cơ động với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ : P.Trưởng phòng
Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224
Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



1. Danh mục, tính năng kỹ thuật của máy Phaco cơ động.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy Phaco cơ động	<p>Tính năng kỹ thuật máy Phaco cơ động:</p> <p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy phaco cơ động là thiết bị chuyên dụng để mổ đục thủy tinh thể qua đường mổ nhỏ. Máy cho phép phẫu thuật viên nhu tương hóa và hút thủy tinh thể trong mắt, trong khi hút sẽ thay thế dịch hút và chất nhân bằng dung dịch thay thế. Phẫu thuật viên còn điều chỉnh được mức năng lượng cho đầu kim phaco, lượng hút, áp lực âm, lưu lượng dòng chảy của dịch, tốc độ cắt dịch kính, thấu nhiệt thông qua bàn đạp của máy. - Máy phải được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp không gian trong phòng mổ lưu động và phòng mổ tuyến cơ sở. Máy có thể bỏ gọn trong 1 vali xách tay. - Máy mới 100% - Sản xuất: từ năm 2023 trở về sau. <p>2. Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Vali đựng máy: 01 cái - Xe đẩy có giá treo dịch tưới: 01 cái - Bàn đạp: 01 cái - Tay cầm Phaco kèm phụ kiện: 02 cái - Tay cầm rửa hút I/A đồng trục (coaxial) loại tái sử dụng nhiều lần kèm phụ kiện: 03 cái - Cassette cho máy: 06 cái - Đầu cắt dịch kính : 06 cái 	04	Máy

3. Chi tiết kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:	
TÍNH NĂNG	YÊU CẦU
HÚT	
Loại bơm	Nhu động (Peristaltic)
Áp lực âm (Vacuum)	Đảm bảo được từ 0 – 600 mmHg
Lưu lượng (Flow rate)	Đảm bảo được từ 10 – 50 cc/phút
TƯỞI	
Kiểu	Treo trọng lực
NHŨ TƯƠNG HÓA THỦY TINH THỂ (Phacoemulsification)	
Tay cầm Phaco	Loại áp điện (Piezoelectrical), có ít nhất 6 tinh thể thạch anh để tán được nhân cứng
Chế độ	Có ít nhất 3 chế độ: Continuous – Pulsed - Burst
ĐÓT ĐIỆN CAO TẦN (DIATHERMY)	Có đốt điện cao tần
CẮT DỊCH KÍNH (VITRECTOMY)	
Kiểu	Cắt bằng khí nén
Tốc độ dầu cắt	Đảm bảo được từ 50- 1000 nhát/phút
Nguồn khí	Khí nén từ máy nén khí tích hợp trong máy
CASSETTE	Loại tái sử dụng nhiều lần bằng hấp ướ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 1 ngày đến 365 ngày tùy theo nhu cầu sử dụng và hư hỏng thực tế tại Bệnh viện Mắt.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt đặt hàng hoặc 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng hoạt động bình thường và bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính, chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định.

5. Các thông tin khác: Nội dung báo giá quý công ty vui lòng không xóa, không thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu kèm thông tư 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023. Bệnh viện có bổ sung các cột “Đơn vị tính”; cột “Tính năng kỹ thuật” và cột “STT theo DM mời chào giá” so với mẫu kèm thông tư 14/2023/TT-BYT. Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo báo giá các tài liệu liên quan đến sản phẩm, giấy Ủy quyền, giấy phép bán hàng, kê khai giá, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VTTTBYT. (TMK)





(điền Header của Công ty vào)

BẢO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm máy Phaco cơ động

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là tên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho máy Phaco cơ động như sau:

1. Báo giá cho máy Phaco cơ động và dịch vụ liên quan như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ/lượng/khối lượng	Số Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	STT theo DM mời chào giá	Đơn vị tính	Tính năng kỹ thuật
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày],

[ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhân báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thu tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm.....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

