

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1111* /BVM-VTTTBYT

Tp.HCM, ngày *27* tháng *10* năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm máy phẫu thuật dịch kính võng mạc và kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho nhu cầu mua sắm máy phẫu thuật dịch kính võng mạc và kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ : P.Trưởng phòng

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày *30* tháng *10* năm 2023 đến trước 17h ngày *08* tháng *11* năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **180** ngày, kể từ ngày *08* tháng *11* năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, tính năng kỹ thuật của máy phẫu thuật dịch kính võng mạc và kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy phẫu thuật dịch kính võng mạc	Tính năng kỹ thuật máy phẫu thuật dịch kính võng mạc: 1. Yêu cầu chung: – Máy mới 100% – Sản xuất: từ năm 2023 trở về sau – Máy là hệ thống đa chức năng có thể	04	Máy

phẫu thuật bán phần trước và bán phần sau.

- Máy được trang bị nhiều loại tay cầm có thể cắt dịch kính, mô, tán nhân, chiếu sáng phần sau của mắt. đốt cầm máu...
- Áp lực âm được dùng để hút các thành phần trong mắt. Có tính năng tưới, bơm để trao đổi dịch, khí trong mắt.
- Giao diện điều khiển dạng menu, có thể điều chỉnh bằng cảm ứng, điều khiển từ xa hoặc bàn đạp.

2. Yêu cầu cấu hình:

- Máy chính có tích hợp khối laser 532nm trong máy: 01 cái
- Nguồn sáng phụ: 01 bộ
- Bàn đạp: 01 cái
- Điều khiển từ xa: 01 cái
- Tay cầm Phaco trong buồng dịch kính kèm phụ kiện: 02 cái
- Tay cầm Phaco dùng cho mổ Phaco kèm phụ kiện: 02 cái
- Gói Phaco trong buồng dịch kính: 6 cái
- Đầu Laser thẳng 25G: 6 cái
- Cassette tổng hợp cắt dịch kính tương thích dùng cho máy với kích cỡ 25G: 06 cái
- Kính lọc Laser : 01 cái

3. Chi tiết kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

TÍNH NĂNG	YÊU CẦU
CẮT DỊCH KÍNH	
Chế độ cắt	3D, Tức thời, PropVac, VitWet
Tốc độ cắt	Đảm bảo từ 5.000 – 15.000 nhất cắt/phút, điều khiển được chu kỳ cắt
Loại đầu cắt	Đầu cắt Vát 23G, 25G, 27G

	HÚT	
	Lưu lượng (Flow Rate)	0-60 cc/phút
	TƯỚI	
	Kiểu	Tưới chủ động bằng áp lực
	KIỂM SOÁT ÁP LỰC NỘI NHÃN (IOP)	từ 0 đến 120 mmHg
	ÁP SUẤT ÂM (VACUUM)	
	Cắt dịch kính	Đảm bảo từ 0 đến - 650 mmHg
	Phân mảnh (Fragmentation)	Đảm bảo từ 0 đến - 650 mmHg
	Đẩy(Extrusion)	Đảm bảo từ 0 đến - 650 mmHg
	Hút(Extraction)	Đảm bảo từ 0 đến - 650 mmHg
	Tưới/ Hút	Đảm bảo từ 0 đến - 650 mmHg
	CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT DỊCH NHÃY (VISCOUS FLUID CONTROL)	
	Áp lực bơm vào tại nguồn áp lực tiêu chuẩn	Đảm bảo từ 0 đến 482.6 Kpascal
	Áp lực âm hút ra	Đảm bảo từ 5 đến 600 mmHg
	CHÓT NGẮN TỰ ĐỘNG (AUTO STOPCOCK)	
	Thời gian đáp ứng	≤ 0,5 giây
	Áp lực (chất lỏng)	0-120 mmHg
	Lưu lượng (chất lỏng)	≥ 15 cc/phút
	NGUỒN SÁNG	
	Loại	Xenon
	Tuổi thọ	≥ 400 giờ
	LASER	

		Bước sóng	532 nm		
		Công suất	Đảm bảo từ 50 mW - 2 W		
		Bước sóng tia định hướng	635 nm		
		NHỮ TƯƠNG HÓA BẰNG PHACO			
		Chế Độ Phaco	Continuous, Pulsed, Burst		
		THẤU NHIỆT (DIATHERMY)			
		Tần số	1.5 Mhz		
		NẠP GAS TỰ ĐỘNG			
		Áp lực gas tối đa	10 psig		
		Trộn gas tự động	Chọn loại gas, trộn gas theo tỉ lệ % mong muốn		
		CASSETTE	Có nhiều loại khác nhau cho từng loại phẫu thuật, dùng 01 lần		
2	Kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn	Tính năng kỹ thuật Kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn: 1. Yêu cầu chung: – Máy mới 100% – Sản xuất: từ năm 2023 trở về sau – Kính hiển vi phẫu thuật gắn bàn có tính cơ động cao dùng để mổ đục thủy tinh thể, mổ nội nhãn tại các tuyến cơ sở. Kính phải được tháo lắp dễ dàng, gắn được trên bàn và di chuyển bằng vali chuyên dụng. – Kính tích hợp đầy đủ các tính năng như: zoom, focus, chỉnh cường độ ánh sáng thông qua bàn đạp. – Có thể sử dụng điện áp 220V hoặc 12V. 2. Yêu cầu cấu hình: – Đầu quang học: 01 bộ – Hệ thống chiếu sáng: 01 bộ – Hệ thống treo: 01 b.		03	Máy

- Bộ nguồn: 01 bộ
- Bàn đạp điều khiển: 01 cái
- Vali chứa vỏ bằng nhôm: 01 cái
- Bộ điều chỉnh khoảng cách đồng từ: 01 bộ
- Pin 12v: 01 bộ
- Chân đế loại nhẹ: 01 bộ

3. Chi tiết kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

TÍNH NĂNG	YÊU CẦU
ĐẦU QUANG HỌC	
Phóng đại (Magnification)	Đảm bảo độ phóng đại từ 5x - 15x
Trường nhìn (Field of View)	Đảm bảo trường nhìn 42mm to 14mm
Khoảng cách làm việc (Working Distance)	170mm - 175mm
Điều chỉnh khúc xạ (Refractive Error Correction)	±5D
Khoảng cách đồng tử (Pupillary Distance)	Đảm bảo từ 50mm - 70mm
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG	
Loại(Type)	Đồng trục, trực tiếp
Đèn(Lamp)	LED, 75.000 lux - 80.000 lux
Lọc UV và ánh sáng xanh(UV and Blue light Hazard)	Có lọc ánh sáng xanh và UV
Cường độ sáng(Intensity range)	Điều chỉnh được
HỆ THỐNG TREO	
Tay treo (Arm)	Tay treo di chuyển

			theo phương ngang và phương đứng có khóa		
		Nâng hạ có trợ lực (Vertical Tension)	Trợ lực bằng phuộc hơi có điều chỉnh		
		Gắn bàn (Table Mounting)	Gắn bên trái hoặc bên phải bàn mổ		
		Kẹp (Clamp)	Có kẹp bàn		
		BÀN ĐẠP ĐIỀU KHIỂN			
		Chức năng điều chỉnh	Lấy nét (Focus) bằng bàn đạp		
		BỘ NGUỒN			
		Điện áp vào	100-240VAC, 50-60Hz		
		Pin dự phòng	Có pin dự phòng		
		VALI	Có vali chứa kính chuyên dụng		
		BỘ ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH ĐỒNG TỬ	Có bộ điều chỉnh khoảng cách đồng tử		
		CHÂN ĐỂ LOẠI NHẸ	Chân đế gắn kính loại nhẹ		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 1 ngày đến 365 ngày tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế tại Bệnh viện Mắt.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt đặt hàng hoặc 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng hoạt động bình thường và bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính, chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định.

5. Các thông tin khác: Nội dung báo giá quý công ty vui lòng không xóa, không thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu kèm thông tư 14/2023/TT-BYT, ngày 30/6/2023. Bệnh viện có bổ sung các cột “Đơn vị tính”; cột “Tính năng kỹ thuật” và cột “STT theo DM mời chào giá” so với mẫu kèm thông tư 14/2023/TT-BYT. Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo báo giá các tài liệu

liên quan đến sản phẩm, giấy Ủy quyền, giấy phép bán hàng, kê khai giá, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu VT; VTTTBYT. (TMK)



(điền Header của Công ty vào)

BÁO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua máy phẩu thuật dịch kính vồng mạc và kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho máy phẩu thuật dịch kính vồng mạc và kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn như sau:

1. Báo giá cho máy phẩu thuật dịch kính vồng mạc và kính hiển vi phẫu thuật cơ động gắn bàn và dịch vụ liên quan như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ lượng/khối lượng	Số	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	STT theo DM mời chào giá	Đơn vị tính	Tính năng kỹ thuật
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]. [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



