

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 444/BVM-VTTTBYT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2024

YÊU CẦU MỜI CHÀO TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Áp dụng đối với nhu cầu xây dựng tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phục vụ công tác mua sắm

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận tính năng kỹ thuật để tham khảo, xây dựng tính năng kỹ thuật để phục vụ công tác tổ chức mua sắm các Trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào tính năng kỹ thuật

1. Đơn vị yêu cầu mời chào tính năng kỹ thuật: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào tính năng kỹ thuật:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ : Trưởng phòng Vật tư, Trang thiết bị y tế

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào tính năng kỹ thuật: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM (Bệnh viện chỉ tiếp nhận hồ sơ của các Công ty theo đường văn thư Bệnh viện)

4. Thời hạn tiếp nhận mời chào tính năng kỹ thuật: Từ 08h ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h ngày 26 tháng 4 năm 2024. Các tài liệu nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của tính năng kỹ thuật: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

II. Danh mục yêu cầu mời chào tính năng kỹ thuật:

1. Danh mục các Trang thiết bị y tế cần mời chào tính năng kỹ thuật như sau:

STT	Danh mục	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy gây mê	02	Máy
2	Bộ Biom đáy mắt	06	Bộ
3	Ghế mổ cho phẫu thuật viên	05	Bộ
4	Kính hiển vi phẫu thuật có kính phụ + camera + đầu ghi + tivi	12	Máy

5	Máy hấp nhanh thể tích buồng hấp 2 lít (hoặc hấp nhanh tiệt trùng 5-10' (2 lít))	15	Máy
6	Máy hấp nhanh thể tích buồng hấp 5 lít (hoặc hấp nhanh tiệt trùng 5-10' (5 lít))	02	Máy
7	Máy laser quang đồng võng mạc	01	Máy
8	Laser Yag	05	Máy
9	Máy đo nhãn áp không tiếp xúc	06	Máy
10	Đèn khe có camera	07	Máy
11	Nhãn áp kế Schiottz	02	Cái
12	Hệ thống Laser Excimer	01	Máy
13	Máy đo khúc xạ tự động	11	Máy
14	Máy đo độ trong kính cơ học	07	Máy
15	Máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn	01	Máy
16	Máy làm xét nghiệm Ion đồ	01	Máy
17	Máy đông máu tự động	01	Máy
18	Máy định danh vi khuẩn, vi nấm, làm kháng sinh đồ, kháng nấm đồ tự động	01	Máy
19	Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số: ECG, SpO ₂ , NIBP, Nhiệt độ, Nhịp thở)	08	Máy
20	Máy OCT Swept source	01	Máy
21	Hệ thống đo công suất nhãn cầu	03	Máy
22	Máy đo thị trường	02	Máy
23	Máy chụp hình đáy mắt	01	Máy
24	Máy đếm tế bào nội mô	01	Máy
25	Bàn mổ	15	Bộ

26	Bàn mổ cao cấp	05	Bộ
27	Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn	01	Máy
28	Bộ ghế đo khúc xạ	01	Bộ
29	Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi	06	Máy
30	Đèn đặt nội khí quản	04	Cái
31	Đèn khe cầm tay	03	Máy
32	Đèn soi đáy mắt cầm tay	36	Cái
33	Đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng dùng cho bệnh nhân nằm	11	Máy
34	Gọng kính thử	87	Cái
35	Hệ thống làm mềm nước	01	Hệ thống
36	Hệ thống phân tích huyết học tự động hoàn toàn	01	Máy
37	Hệ thống phẫu thuật Femtosecond Laser để tạo vạt	01	Máy
38	Hộp kính thử	29	Cái
39	Kính hiển vi phẫu thuật gắn bàn	06	Máy
40	Laser nội nhãn + bộ lọc gắn trên kính mổ	03	Máy
41	Máy cắt đốt lưỡng cực	04	Máy
42	Máy chiếu băng thị lực	33	Máy
43	Máy chụp đáy mắt góc rộng	01	Máy
44	Máy chụp bán phần trước (AS-OCT)	01	Máy
45	Máy đo độ trong kính tự động	14	Máy
46	Máy đo khúc xạ cầm tay (Keratometer)	01	Máy
47	Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao ≥ 600 lít	01	Máy
48	Máy hút dịch	05	Máy
49	Máy khảo sát cơ sinh học giác mạc	01	Máy
50	Máy laser quang đông đa điểm (hoặc Laser quang đông đa điểm)	01	Máy
51	Máy ly tâm	02	Máy
52	Máy mài kính tự động	05	Máy
53	Máy OCT-Angiography (hoặc Máy chụp Angio-OCT; hoặc máy chụp cắt lớp đáy mắt và mạch máu võng mạc)	01	Máy
54	Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn	01	Máy
55	Máy quang đông thể mi nội soi (ECP)	01	Máy
56	Máy siêu âm B (UBM)	02	Máy
57	Máy xét nghiệm tốc độ lắng máu tự động	01	Máy
58	Tủ an toàn sinh học cấp 2	02	Cái
59	Tủ sấy dụng cụ ≥ 108 lít	01	Cái

60	Kính hiển vi phẫu thuật 2 người, camera (cao cấp) + camera out + Rescan + tích hợp OCT trên kính	01	Máy
61	Đèn khe có camera chụp bán phần trước	02	Máy
62	Laser diode 810	02	Máy
63	Laser tạo hình vùng bề chọn lọc	01	Máy

2. Các thông tin khác: vui lòng **nộp kèm USB** có nội dung chào tính năng kỹ thuật và trong tài liệu của quý công ty vui lòng không xóa, không thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (**biểu mẫu 1**). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, giấy Ủy quyền, giấy phép bán hàng, kê khai giá, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

3. Các thông tin cần lưu ý: Đề nghị các nhà cung cấp gửi tài liệu tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sau:

- Sử dụng đúng biểu mẫu đính kèm (**biểu mẫu 1**) theo quy định của Bệnh viện để hoàn thiện nội dung thông tin của trang thiết bị y tế cần chào tính năng kỹ thuật, nộp kèm file bằng USB (định dạng word, hoặc excel)
- Đối với cột “**Cấu hình chi tiết, Tính năng kỹ thuật chi tiết**” trong biểu mẫu 1, đề nghị các nhà cung cấp đính kèm phụ lục chi tiết theo định dạng **biểu mẫu 2**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VTTTBYT. (TMK)



GIÁM ĐỐC Anh

Lê Anh Tuấn



Biểu mẫu 1

(điền Header của Công ty vào)
TÀI LIỆU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Áp dụng đối với nhu cầu xây dựng tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phục vụ công tác mua sắm

Kính gửi: **BỆNH VIỆN MẮT**

Trên cơ sở yêu cầu mời chào tính năng kỹ thuật của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp tài liệu tính năng kỹ thuật cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị y tế như sau:

STT theo DM mời chào tính năng kỹ thuật	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính	Cấu hình chi tiết, Tính năng kỹ thuật chi tiết
1	Thiết bị A							(đính kèm phụ lục)
2	Thiết bị B							
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Tài liệu của các trang thiết bị y tế nêu trong phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

(điền Header của Công ty vào)
(Tên Trang thiết bị y tế)

Tính năng kỹ thuật chi tiết

I. Yêu cầu chung:
Yêu cầu 1
Yêu cầu 2
....
II. Yêu cầu cấu hình: Thiết bị bao gồm
Máy chính: số lượng / đơn vị tính
Phụ kiện 1: số lượng / đơn vị tính
Phụ kiện 2: số lượng / đơn vị tính
....
III. Tính năng kỹ thuật chi tiết
Nhóm Tính năng 1 / Tính năng 1: <i>trường hợp thiết bị cần trình bày nhóm tính năng, thì mỗi tính năng diễn giải 1 dòng riêng biệt.</i>
Nhóm Tính năng 2 / Tính năng 2: <i>trường hợp thiết bị cần trình bày nhóm tính năng, thì mỗi tính năng diễn giải 1 dòng riêng biệt.</i>
....

