

SỞ Y TẾ TP.HCM  
BỆNH VIỆN MẮT

Số: 646/BVM-VTTBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**YÊU CẦU MỜI CHÀO  
GIÁ & TÍNH NĂNG KỸ THUẬT**

*Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm Dung dịch nhuộm màng dùng trong nhãn khoa*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá và tính năng kỹ thuật để tham khảo, xây dựng tính năng kỹ thuật và giá gói thầu cho nhu cầu mua sắm Dung dịch nhuộm màng dùng trong nhãn khoa tại Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào tính năng kỹ thuật**

- Đơn vị yêu cầu mời chào giá và tính năng kỹ thuật: **Bệnh viện Mắt**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào giá và tính năng kỹ thuật:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ : Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

- Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá tính năng kỹ thuật: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM**

**(BỆNH VIỆN CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA CÁC CÔNG TY THEO  
ĐƯỜNG VẮN THƯ BỆNH VIỆN)**

Đồng thời gửi file theo hướng dẫn ở cuối văn bản (Mục II.2 các yêu cầu khác)

- Thời hạn tiếp nhận mời chào tính năng kỹ thuật: Từ 08h ngày 06 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 17 tháng 6 năm 2024. Các tài liệu nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của tính năng kỹ thuật: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2024.

**II. Danh mục yêu cầu mời chào giá và tính năng kỹ thuật:**

- Danh mục vật tư cần mời chào giá và tính năng kỹ thuật như sau:

MÃ VẬT TƯ	Tên hàng hóa	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
VT385	Dung dịch nhuộm màng dùng trong nhãn khoa	<p>Dùng cho nhuộm màng ngăn trong (ILM).            Không cần thực hiện trao đổi khí-dịch trước khi bơm chất nhuộm, để không pha loãng dung dịch nhuộm            Thành phần:            - 0.03% bluelife            - Chất làm đặc            - Sodium chloride            - Sodium phosphate monobasic            - Sodium phosphate bibasic            - Nước để bơm            Nồng độ chất nhuộm: 0.027 - 0.033 %w/V            Độ pH: 7.00 - 7.40            Độ thẩm thấu: 335 - 360 mOsm/kg, 340-365mOsm/L            Tỷ trọng: 1.015 - 1.018 g/ml            Nội độc tố: &lt; 0.5 EU/ml            Đã được kiểm nghiệm độc tính tế bào            Dung dịch vô khuẩn, đóng gói hộp 6 xi lanh, dung tích 0.7 ml            Tiệt trùng bằng nhiệt ẩm            Nhiệt độ bảo quản +15°C / +32°C</p>	Lọ	250

2. Các thông tin khác: gửi File Báo giá & Tính năng kỹ thuật và các tài liệu khác (nếu có) qua đường link: <https://forms.gle/JKScMocjaMGVBF226> hoặc Mã QR code (xem cuối văn bản):

a. Đối với Báo giá và TNKT (Biểu mẫu 1): định dạng file EXCEL (.xls, .xlsx)

b. Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng PDF

3. Lưu ý: Trong tài liệu của quý công ty vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, giấy Ủy quyền, giấy phép bán hàng, kê khai giá, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VTTBYT. (VTTT) ✓





**(điền Header của Công ty)  
BẢO GIÁ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT**

*Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm Dụng dịch nhuộm màng dùng trong nhân khoa*

**Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá và yêu cầu mời chào tính năng kỹ thuật của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp báo giá và tài liệu tính năng kỹ thuật cho các vật tư, thiết bị y tế như sau:

**1. Danh mục:**

Stt	Mã Vật tư	Danh mục vật tư, thiết bị y tế	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá + VAT (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Tính năng kỹ thuật của nhà cung cấp	Tính năng kỹ thuật (thông tin ty/Nhà cung cấp)	Tên Công ty/Nhà cung cấp	Mã định danh (vn...)
	(1)	(2)						(3)		A	A1	A2	B = A x (3)	(4)			
1																	
2																	
3																	

(1), (2), (3) và (4): Theo thông tin trong Danh mục của bệnh viện (mục II.1)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế - nếu có)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Tài liệu của các dụng cụ phẫu thuật nêu trong phía trên là không vi phạm vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



