

SỞ Y TẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**BỆNH VIỆN MẮT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 460/BVM-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2025

**YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DỤNG CỤ Y TẾ VÀ VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ**

*Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá**

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào giá:

Họ tên : Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ : Trưởng phòng Vật tư, Trang thiết bị y tế

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM (*Bệnh viện chỉ tiếp nhận hồ sơ của các Công ty theo đường văn thư Bệnh viện*)

4. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: tối thiểu 10 ngày theo thông báo đăng tải trên trang Web Bệnh viện Mắt. Thời hạn hiệu lực nhận tài liệu chào giá theo ngày trên dấu công văn đến của Bệnh viện. Các tài liệu có ngày tiếp nhận sau thời điểm tờ trình xây dựng giá dự toán được phê duyệt sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của tài liệu báo giá: Tối thiểu 180 ngày, cụ thể theo thông báo được đăng tải.

**II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:**

1. Danh mục dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế cần mời chào giá:



| Stt | Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa / dịch vụ bảo trì | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật  |
|-----|---|-------------|----------|---|
| 1   | Pipette 5-50 $\mu$ l  | Cái         | 10       | Tính năng kỹ thuật:<br>- Khoảng thể tích: 5 -50 $\mu$ l<br>- Kênh: 01<br>- Loại: Thủ công                                     |
| 2   | Pipette 20-200 $\mu$ l  | Cái         | 10       | Tính năng kỹ thuật:<br>- Khoảng thể tích: 20 -200 $\mu$ l<br>- Kênh: 01<br>- Loại: Thủ công                                   |
| 3   | Pipette 100-1000 $\mu$ l  | Cái         | 2        | Tính năng kỹ thuật:<br>- Khoảng thể tích: 100 -1000 $\mu$ l<br>- Kênh: 01<br>- Loại: Thủ công                                 |
| 4   | Giá đỡ Pipette  | Cái         | 05       | Tương thích với các chủng loại Pipette cần mua sắm tại số thứ tự 1, 2 và 3  |
| 5   | Hộp đèn đo thị lực (khoảng cách đo 05 mét)                        | Cái         | 01       | - Nguồn điện: 220-240 VAC<br>- Vỏ đèn bằng Inox<br>- Bảng thị lực 02 mặt: Chữ và Hình   |
| 6   | Hộp đèn đo thị lực (khoảng cách đo 04 mét)                        | Cái         | 02       | - Nguồn điện: 220-240 VAC<br>- Vỏ đèn bằng Inox<br>- Bảng thị lực 02 mặt: Chữ và Hình   |
| 7   | Bóng đèn sử dụng cho sinh hiển vi khám mắt                        | Cái         | 50       | - Tương thích với Sinh hiển vi khám mắt, hãng sx: Topcon<br>- Thông số: 12V-30W (8Z)  |
| 8   | Bóng đèn sử dụng cho sinh hiển vi khám mắt                        | Cái         | 50       | - Tương thích với Sinh hiển vi khám mắt, hãng sx: Topcon<br>- Thông số: 6V-20W (1E)   |
| 9   | Thấu kính OLV-5 Machermer Glat Vitrectomy Lens                    | Cái         | 03       | - Độ phóng đại: 1.02 x<br>- Góc nhìn: 36 độ   |
| 10  | Ống nghe Littmann   | Cái         | 08       | - Loại sử dụng thăm khám: Người lớn<br>- Công nghệ mặt nghe: Một mặt<br>- Cấu tạo hai tai: Nòng đơn<br>- Hình dạng màng: tròn |



| Stt | Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa / dịch vụ bảo trì | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật   |
|-----|---|-------------|----------|--|
|     |   |             |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại màng nghe: Màng nghe điều hướng</li> <li>- Đường kính màng nghe: 4.4 cm</li> <li>- Vật liệu màng nghe: Epoxy / Sợi thủy tinh</li> <li>- Lớp phủ mặt nghe: Hợp kim bóng và có lớp phủ</li> <li>- Màu dây nghe: Đen</li> <li>- Trọng lượng: 90 Gram</li> </ul> |

2. Các thông tin khác: Gửi File chào giá và các tài liệu khác (nếu có) theo hướng dẫn sau:

- Đối với tài liệu chào giá (Biểu mẫu 1): định dạng file **EXCEL** (.xls, .xlsx).
- Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng **PDF**

3. Các thông tin cần lưu ý: Đề nghị các nhà cung cấp hoàn thiện cung cấp tài liệu chào giá và gửi tài liệu chào giá của vật tư tiêu hao cho máy phẫu thuật phaco theo hướng dẫn sau: Sử dụng đúng biểu mẫu đính kèm (**biểu mẫu 1**) theo quy định của Bệnh viện để hoàn thiện nội dung chào giá của vật tư tiêu hao cho máy phẫu thuật phaco cần mua sắm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; VTTBYT (TMK\_1b).

**GIÁM ĐỐC**



*Le Anh Tuan*  
**Le Anh Tuấn**

**(điền Header của Công ty vào)**

**BẢNG CHÀO GIÁ DỤNG CỤ Y TẾ VÀ VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ  
THEO CÔNG VẤN SỐ:...../BVM-VTTBYT, ngày tháng năm 2025**

*Áp dụng đối với nhu cầu xây dựng giá dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế*

**Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT**

Trên cơ sở yêu cầu mời chào giá dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp tài liệu báo giá cho dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế như sau:

1. Bảng chào giá của dụng cụ y tế và vật tư sửa chữa thiết bị y tế như sau:

| STT | Chủng loại / Tên thiết bị / Hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mã HS | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn giá +VAT (VNĐ) | Mô tả tính năng kỹ thuật | Tên công ty | Mã định danh |
|-----|--------------------------------------|-------------|----------|-------|------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|     |                                      |             |          |       |            |               |               |                    |                          |             |              |
|     |                                      |             |          |       |            |               |               |                    |                          |             |              |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Tài liệu chào giá của vật tư tiêu hao cho máy phẫu thuật phaco nêu phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bản quyền hàng hóa.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*