

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 lần 6

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 lần 6 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh

2. Mã số thuế : 0301483745

3. Địa chỉ : 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

4. Số điện thoại: (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

5. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh.

Trên phong bì ghi rõ:

- Tiêu đề: “Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 lần 6 theo công văn số .../BVM-VTTBYT”

- Nơi nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

6. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: Tối thiểu 10 ngày theo thông báo đăng tải trên trang web <https://muasamcong.mof.gov.vn/> và trên trang Web Bệnh viện. Thời hạn hiệu lực nhận báo giá theo ngày trên dấu công văn đến của Bệnh viện. Các tài liệu có ngày tiếp nhận sau thời điểm tờ trình dự toán được phê duyệt sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của chào giá, tính năng kỹ thuật: Tối thiểu 180 ngày, cụ thể theo thông báo được đăng tải.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Danh mục thiết bị y tế cần mời chào giá:

Stt	Tên thiết bị y tế	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu về Tính năng kỹ thuật	Ghi chú
1	Laser tạo hình vùng bề chọn lọc	01	máy	Chi tiết theo phụ lục đính kèm	Laser tạo hình vùng bề chọn lọc cơ bản
2	Laser tạo hình vùng	01	máy	Chi tiết theo phụ lục	Laser tạo hình vùng

Stt	Tên thiết bị y tế	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu về Tính năng kỹ thuật	Ghi chú
	bè chọn lọc			đính kèm	bè chọn lọc nâng cao
3	Laser diode 810	02	máy	Chi tiết theo phụ lục đính kèm	
4	Laser yag	04	máy	Chi tiết theo phụ lục đính kèm	

Lưu ý:

- Trong tài liệu của quý công ty vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

- Về cấu hình, thông số kỹ thuật công ty vui lòng **“Highlight”** các tính năng đáp ứng yêu cầu của bệnh viện.

- Các nội dung về yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật nếu có ý khác hoặc góp ý bổ sung công ty vui lòng phản hồi bằng văn bản về cho Bệnh viện (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (NHB_1b)

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Tuấn

(điền Header của Công ty)
BÁO GIÁ THEO CÔNG VẤN SỐ .../BVM-VTTBYT NGÀY .../...../2025
Áp dụng đối với nhu cầu Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025 lần 6

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp]* xin cung cấp báo giá cho thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục:

Stt	Tên thiết bị	Tên thương mại	Ký mã hiệu, Model	Hãng sx	Nước sx	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá + VAT (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Tên Công ty/ Nhà cung cấp	Mã định danh (vn...)
	(1)						(2)	(3)	A=A1+A2	A1	A2	B = A x (3)		
1														
2														
3														

(1), (2), (3): Theo thông tin trong Danh mục của bệnh viện (mục II.1)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan - nếu có)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Tài liệu của thiết bị y tế nêu trong phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC

YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số: 2330 /BVM-VTTBYT ngày 04 tháng 10 năm 2025 của
Bệnh viện Mắt)

1 LASER TẠO HÌNH VÙNG BÈ CHỌN LỌC

1.1. Yêu cầu chuyên môn:

- Laser tạo hình vùng bề chọn lọc cơ bản

1.2. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới: 100%
- Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau.
- Điện áp: phù hợp với điện dưới tại Việt Nam.
- Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE
- Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada) và Úc.

1.3. Yêu cầu cấu hình:

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy
- Slit lamp cùng hãng sản xuất với máy chính: 01 máy
- Bao phủ máy: 01 cái
- Kính bảo hộ an toàn Laser: 01 cái
- Gương tiếp xúc thực hiện laser SLT: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ

1.4. Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

1.4.1 Thiết bị có khả năng thực hiện các chỉ định điều trị sau:

- + Đục bao sau
- + Cắt mỏng mắt chu biên
- + Laser vùng bề SLT

1.4.2 Loại laser: Laser thể rắn

Bước sóng: 532 nm hoặc 1064 nm

1.4.3 Đường kính vùng điều trị tối thiểu 350 μ m

1.4.4 Hệ thống sinh hiển vi:

- Thông số:
 - + Độ phóng đại: Tối thiểu ≥ 5 mức
 - + Có bộ lọc an toàn cho người sử dụng
- Nguồn sáng LED hoặc Halogen

1.5. Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có cam kết: giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện. Có văn bản cam kết của nhà thầu.

- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
- Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

2 LASER TẠO HÌNH VÙNG BÈ CHỌN LỌC

1.1.Yêu cầu chuyên môn:

- Laser tạo hình vùng bề chọn lọc nâng cao

1.2.Yêu cầu chung:

- Mới 100%
- Sản xuất: từ năm 2025 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE.
- Xuất xứ: yêu cầu các nước G7 (gồm: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Ý, Canada) và Úc.

1.3.Yêu cầu cấu hình:

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy
- Slit lamp cùng hãng sản xuất với máy chính: 01 máy
- Bao phủ máy: 01 cái
- Kính bảo hộ an toàn Laser: 01 cái
- Gương tiếp xúc thực hiện laser SLT: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ

1.4.Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

- Thiết bị có khả năng thực hiện các chỉ định điều trị sau:
 - + Đục bao sau
 - + Cắt mỏng mắt chu biên
 - + Laser vùng bề SLT
- Loại laser: Laser thể rắn
 - Bước sóng: 532 nm hoặc 1064 nm
- Đường kính vùng điều trị tối thiểu 350 μ m
- Hệ thống sinh hiển vi:
 - + Thông số:
 - Độ phóng đại: Tối thiểu ≥ 5 mức
 - Có bộ lọc an toàn cho người sử dụng
- Nguồn sáng LED hoặc Halogen
- Có khả năng hiển thị thông số laser bên trong ống kính
- Có phần mềm quản lý, so sánh, lưu trữ và phân tích hình ảnh. Có thể kết nối dữ liệu với các thiết bị khác, cam kết chung về xuất dữ liệu cho bệnh án điện tử

1.5.Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có cam kết: giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện. Có văn bản cam kết của nhà thầu.

- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu.
 - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Có văn bản cam kết của nhà thầu
 - Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
 - Cần phải mở tất cả các tính năng kết nối với thiết bị, phần mềm khác của nhà sản xuất khi có yêu cầu, phục vụ cho phân tích dữ liệu, bệnh án điện tử trong tương lai.
 - Có cam kết cung cấp hoặc mở sẵn các giao thức hoặc các cổng kết nối dữ liệu bệnh nhân để kết nối với hệ thống dữ liệu bệnh nhân của bệnh viện trong trường hợp cần sử dụng.
 - Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.
-

3 LASER DIODE 810

1.1.Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới: 100%
- Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau.
- Điện áp: phù hợp với điện dưới tại Việt Nam.
- Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE
- Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada)”

1.2.Yêu cầu cấu hình:

- Thân máy chính laser hồng ngoại vi xung bước sóng 810nm: 01 máy
- Chìa khóa an toàn cho máy laser: 02 chiếc
- Kính an toàn: 01 chiếc
- Kính bảo hộ an toàn Laser: 01 cái
- Đầu điều trị vi xung: 03 chiếc
- Dây nguồn: 01 chiếc
- Bàn đạp điều khiển chân: 01 chiếc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ

1.3.Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

- Thiết bị có khả năng thực hiện các chỉ định điều trị sau:
 - + Sử dụng laser hồng ngoại công nghệ vi xung bước sóng 810nm hoặc tương đương.
 - + Dùng điều trị Glaucoma với công nghệ vi xung.
 - + Điều trị không phá hủy gây tổn thương.
- Loại laser: Diode
- Bước sóng: 810 nm
- Đầu điều trị: Có chức năng nhớ thông số laser điều trị.
- Đồng hồ đếm ngược với xác nhận bằng âm thanh giọng nói

1.4.Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có cam kết: giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện. Có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Có văn bản cam kết của nhà thầu
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
- Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

4 LASER YAG

1.1. Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới: 100%
- Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau.
- Điện áp: phù hợp với điện dưới tại Việt Nam.
- Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE
- Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada)"

1.2. Yêu cầu cấu hình:

- Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy
- Slit lamp cùng hãng sản xuất với máy chính: 01 máy
- Bao phủ máy: 01 cái
- Bàn đặt máy chính hãng: 01 cái
- Gương dùng trong điều trị bao sau: 01 cái
- Gương dùng trong điều trị mộng mắt
- Dây nguồn: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ

1.3. Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Nguồn laser: Nd: YAG
- Chế độ tạo laser: Chuyển mạch Q
- Bước sóng 1064 nm
2. Độ rộng xung $\leq 4\text{ns}$
3. Khoảng cách dịch chuyển giữa tia ngắm và tia laser từ 0 đến $\geq 300 \mu\text{m}$
4. Thiết bị có khả năng lựa chọn xung đơn, xung đôi và xung ba
5. Đường kính tiêu cự: $\geq 6.0 \mu\text{m}$
6. Sự phân kì của chùm tia ≤ 16 độ

Đèn khe

7. Độ phóng đại ≥ 3 mức



- 8. Nguồn sáng LED
- 9. Có khả năng hiển thị thông số laser bên trong ống kính
- 10. Có phần mềm quản lý, so sánh, lưu trữ và phân tích hình ảnh. Có thể kết nối dữ liệu với các thiết bị khác

1.4. Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có cam kết: giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện. Có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Có văn bản cam kết của nhà thầu
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
- Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.