

Số: 3231/BVM-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm công cụ dụng cụ phẫu thuật năm 2026 – Lần 1

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá/TNKT để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ phẫu thuật năm 2026 – Lần 1 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá/ tính năng kỹ thuật:

- Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số thuế : 0301483745
- Địa chỉ : 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028).3932.5364 - 1224
- Địa chỉ email: vttbyt@bvmat.vn

6. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá/ tính năng kỹ thuật: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM.

Trên phong bì ghi rõ:

Tiêu đề: “Báo giá mua sắm công cụ dụng cụ phẫu thuật năm 2026 – Lần 1 theo công văn số 3231/BVM-VTTBYT”

Nơi nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM

Đồng thời gửi file theo hướng dẫn ở cuối văn bản và Mục II.2 các thông tin khác.

7. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá/ tính năng kỹ thuật: Từ 13h00 ngày 25 tháng 12 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 06 tháng 01 năm 2026.

8. Thời hạn có hiệu lực của giá/ tính năng kỹ thuật: Tối thiểu **180 ngày**, kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2026.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá/ tính năng kỹ thuật:

1. Danh mục mời chào giá và tính năng kỹ thuật: .

Stt	Mã dụng cụ	Tên vật tư, thiết bị y tế	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ
1	CCDC30.1	Vành mi (có nút vặn)	108	Cái	Vành mi, hướng thái dương, phần kẹp mi dài ≤ 13mm, có khóa vặn điều chỉnh độ rộng, bằng titanium hoặc thép không rỉ, có mã trên sản phẩm	G7
2	CCDC30.2	Sinskey	108	Cái	Móc Sinkey, đường kính đầu móc ≤ 0.25mm, bằng titanium hoặc thép không rỉ, có mã trên sản phẩm	G7

Stt	Mã dụng cụ	Tên vật tư, thiết bị y tế	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ
3	CCDC30.3	Kẹp giác mạc	108	Cái	Kẹp giác mạc, thẳng, răng 1x2 kích thước 0.12mm, bề kẹp chỉ dài ≤ 5 mm, tay cầm dẹt có rãnh chống trượt, bằng titanium hoặc thép không gỉ, có mã trên sản phẩm	G7
4	CCDC30.4	Kẹp xé bao	108	Cái	Kẹp xé bao Corydon, đầu xé bao nhọn bề góc 90°, phần hoạt động (bề góc) cong nhẹ, dùng cho vết mổ 2.2mm, tay cầm kiểu lồng chim, tổng chiều dài ≤ 116 mm, bằng thép không gỉ, không chứa Latex, không chứa Phtalate, có mã UDI trên sản phẩm	G7
5	CCDC30.5	Kẹp đặt kính	108	Cái	Kẹp đặt kính (IOL) Faulkner, phần hoạt động bề góc (Angled) dài ≤ 11 mm, bằng thép không gỉ, có mã trên sản phẩm	G7
6	CCDC30.6	Chóp	108	Cái	Cây chẻ nhân Stop & Chop, đầu hình tam giác tù dài 1.5mm, phần hoạt động gấp góc 130°, tay cầm có vân sần, chống trượt, tổng chiều dài ≤ 122 mm, bằng thép không gỉ, không chứa Latex, không chứa Phtalate, có mã UDI trên sản phẩm	G7
7	CCDC30.7	Tay cầm rửa hút	108	Cái	Tay cầm tương thích máy Centurion.	G7
8	CCDC30.8	Kim rửa hút	108	Cái	Kim rửa và hút Intrepid cong, tương thích máy Centurion tiệt trùng được, sử dụng được nhiều lần.	G7
9	CCDC30.9	Hộp inox đựng dụng cụ	108	Cái	Hộp hấp dụng cụ, bằng hợp kim nhôm anodized để chống ăn mòn, có độ dẫn nhiệt cao giúp khô nhanh hơn, kèm tấm lót silicone bảo vệ dụng cụ, chống va đập và nâng dụng cụ lên khỏi đáy khay, tạo điều kiện cho tác nhân tiệt trùng lưu thông tự do, kích thước 200x110x20 mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, hoàn toàn tương thích với các phương pháp tiệt trùng phổ biến bao gồm hấp tiệt trùng hơi nước (autoclaving), tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO) và tiệt trùng plasma	G7
10	CCDC55.10	Súng bắn vòng	08	Cái	Súng bắn vòng căng bao, bằng chất liệu Titanium, có thể tái sử dụng nhiều lần	G7+Nga
11	CCDC55.11	Dụng cụ móc mỏng	10	Cái	Cây móc mỏng Burtin, mũi dài 1 mm. bằng thép không gỉ, có mã trên sản phẩm	G7
12	CCDC08.9	Kéo cắt bao	50	Cái	Kéo Vannas đầu cong, mũi nhọn, lưỡi 5 mm x 0,5 mm. bằng thép không gỉ, không chứa Latex, không chứa Phtalate, đạt tiêu chuẩn EU MDR, có mã UDI trên sản phẩm	G7

Stt	Mã dụng cụ	Tên vật tư, thiết bị y tế	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ
13	CCDC08.1 7	Kẹp xé Bao	05	Cái	Kẹp xé bao Corydon, đầu xé bao nhọn bề góc 90°, phần hoạt động (bề góc) cong nhẹ, dùng cho vết mổ 2.2mm, tay cầm kiểu lồng chim, tổng chiều dài ≤116mm, bằng thép không gỉ, không chứa Latex, không chứa Phtalate, có mã UDI trên sản phẩm	G7

2. Các thông tin khác: gửi File Báo giá và các tài liệu khác (nếu có) qua đường link: <https://forms.gle/YLqFcFv8R3iGg5gB6> hoặc Mã QR code (xem cuối văn bản).

a. Đối với Báo giá (Biểu mẫu 1): định dạng file EXCEL (.xls, .xlsx)

b. Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng PDF

3. Lưu ý:


Trong tài liệu của quý công ty vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Cột “Tính năng kỹ thuật của Công ty” phải khai báo thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ, và sẵn sàng cung cấp Tài liệu/ Hồ sơ chứng minh khi được yêu cầu; đây là một trong các căn cứ xét duyệt giá của hàng hóa.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; VTTBYT (NHB_1b) 



(điền Header của Công ty) BẢO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm công cụ dụng cụ phẫu thuật năm 2026 – Lần 1

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu báo giá/ tính năng kỹ thuật của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp báo giá cho mua sắm công cụ dụng cụ phẫu thuật năm 2026 – Lần 1 như sau:

1. Danh mục:

Stt	Mã	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá + VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Tính năng kỹ thuật (theo yêu cầu Bệnh viện)	Tính năng kỹ thuật của Công ty	Tên Công ty/ Nhà cung cấp	Hồ sơ công bố sản phẩm đủ điều kiện lưu hành
		(1)					(2)	(3)	A	B = A x (3)	(4)	(5)		(6)
1														
2														

(1), (2), (3), (4): Theo thông tin trong Danh mục của bệnh viện (mục II.1)

(5): Công ty phải khai báo thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ, và sẵn sàng cung cấp Tài liệu/ Hồ sơ chứng minh khi được yêu cầu
(6): số công bố và ngày ban hành của hồ sơ công bố sản phẩm đủ điều kiện lưu hành ((có hiệu lực tới thiểu đến hết thời điểm hiệu lực của báo giá)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực và không vi phạm vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Link khai báo



Link danh mục