

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

Số: 651 /BVM-VTTBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt (lần 5)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

- Đơn vị yêu cầu mời chào giá: **Bệnh viện Mắt**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào giá:

Mã số thuế : 0301483745

Địa chỉ : 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM *(Bệnh viện chỉ tiếp nhận hồ sơ của các Công ty theo đường văn thư Bệnh viện)*

4. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: tối thiểu 10 ngày theo thông báo đăng tải trên trang Web Bệnh viện Mắt. Thời hạn hiệu lực nhận tài liệu chào giá theo ngày trên dấu công văn đến của Bệnh viện. Các tài liệu có ngày tiếp nhận sau thời điểm tờ trình xây dựng giá dự toán được phê duyệt sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của tài liệu báo giá: Tối thiểu 180 ngày, cụ thể theo thông báo được đăng tải.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Danh mục mua sắm vật tư y tế, vật tư sửa chữa thiết bị y tế và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế cần mời chào giá:



Stt	Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa / dịch vụ sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật
1	Bóng đèn halogen 12V – 100W	Cái	100	- Sử dụng cho kính hiển vi phẫu thuật Carl Zeiss. - Điện áp: 12V - Công suất: 100W - Kiểu bóng: dạng chén
2	Vành mi (có nút vặn)	Cái	24	- Vành mi, hướng thái dương, phần kẹp mi hình chữ V dài 10mm, có khóa vặn điều chỉnh độ rộng, tổng chiều dài 60mm, bằng ti tan, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA, có mã UDI trên sản phẩm
3	Kẹp xé bao 2.2mm	Cái	01	- Kẹp xé bao Corydon, đầu xé bao nhọn bề góc 90°, phần hoạt động (bề góc) cong nhẹ, dùng cho vết mổ 2.2mm, tay cầm kiểu lồng chim, tổng chiều dài 116mm, bằng thép không gỉ đạt ISO 7153-1, không chứa Latex, không chứa Phtalate, đạt tiêu chuẩn EU MDR, có mã UDI trên sản phẩm
4	Kẹp xé bao 1.8mm	Cái	01	- Kẹp xé bao Corydon, đầu xé bao nhọn bề góc 90°, phần hoạt động (bề góc) cong nhẹ, dùng cho vết mổ từ 1.8mm, tay cầm kiểu lồng chim, tổng chiều dài 116mm, bằng thép không gỉ đạt ISO 7153-1, không chứa Latex, không chứa Phtalate, đạt tiêu chuẩn EU MDR, có mã UDI trên sản phẩm
5	Kẹp xé bao 1.8mm	Cái	09	- Kẹp xé bao Utrata, đầu xé bao nhọn bề góc 45°, phần hoạt động (bề góc) thẳng, dùng cho vết mổ từ 1.8mm, tay cầm kiểu lồng chim, tổng chiều dài 116mm, bằng thép không gỉ đạt ISO 7153-1, không chứa Latex, không chứa Phtalate, đạt tiêu chuẩn EU MDR, có mã UDI trên sản phẩm
6	Kẹp xé bao 2.2mm	Cái	02	- Kẹp xé bao Corydon, đầu xé bao nhọn bề góc 90°, phần hoạt động (bề góc) cong nhẹ, dùng cho vết mổ từ 2.2mm, tay cầm kiểu lồng chim, tổng chiều dài 117mm, bằng thép không gỉ đạt ISO 7153-1, không chứa Latex, không chứa

Stt	Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa / dịch vụ sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật
				Phtalate, đạt tiêu chuẩn EU MDR, có mã UDI trên sản phẩm
7	Dịch vụ phục hồi vỏ ngoài cho máy hấp tiệt trùng	Lần	10	Dịch vụ bao gồm: - Xử lý bề mặt kim loại: Tẩy sạch gỉ sét, loại bỏ lớp sơn cũ bong tróc, vệ sinh bề mặt vỏ ngoài máy, chà nhám, chà mịn bề mặt. - Sơn lót chống gỉ. - Sơn phủ màu hoàn thiện. - Kiểm tra và xử lý sau sơn: Kiểm tra độ bóng, độ phủ, màu sắc.
8	Pence cắt chỉ không máu	Cái	15	- Chiều dài: khoảng 85 – 105 mm - Kiểu: thẳng - Đầu kẹp: loại không răng
9	Đèn UV diệt khuẩn di động (04 bóng)	Cái	08	- Công suất đèn: 130W - Công suất mỗi bóng: 30W - Kích thước bóng: 90 cm - Bước sóng UVC: 254 nm - Tuổi thọ bóng đèn: 9.000 giờ - Kích thước đèn: $\leq 117 \text{ cm} \times \leq 40 \text{ cm} \times \leq 34 \text{ cm}$ (Cao x Rộng x Dài) - Điện áp: 220V – 240V / 50Hz
10	Trống thị động (Optokinetic drum)	Bộ	01	- Loại thiết bị: Dụng cụ chẩn đoán thị giác cơ học - Cấu tạo: Trống hình trụ có sọc đen trắng xen kẽ - Vật liệu: nhựa hoặc kim loại nhẹ - Cơ chế quay: Quay tay, trục bi - Tốc độ quay khuyến nghị: 8 – 10 vòng / phút - Khoảng cách kiểm tra: 60 – 75 cm - Chiều dài tay cầm: khoảng 18 cm
11	Thẻ Teller (Teller cards visual acuity)	Bộ	01	- Loại thiết bị: Đánh giá thị lực ở trẻ sơ sinh và trẻ chưa biết đọc - Cấu tạo: Bộ 8 hoặc 16 thẻ - Mỗi thẻ có: Một bên là sọc đen trắng (grating), Một bên nền xám, Lỗ quan sát ở giữa để bác sĩ quan sát mắt trẻ - Kích thước thẻ: khoảng $25.5 \times 55.5 \text{ cm}$ (10 x 22 inch)

Stt	Tên vật tư, thiết bị y tế / tên vật tư sửa chữa / dịch vụ sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về Tính năng kỹ thuật
				- Lỗ quan sát: ~4 mm ở giữa thẻ - Kích thước vùng sọc: khoảng 12.5×12.5 cm - Tần số sọc: 0.32 – 38 cycles/cm - Độ tương phản: khoảng 60 – 70% - Khoảng cách kiểm tra: 50 cm – 100 cm

2. Các thông tin khác: Gửi File chào giá và các tài liệu khác (nếu có) theo hướng dẫn sau:

- Đối với tài liệu chào giá (Biểu mẫu 1): định dạng file **EXCEL** (.xls, .xlsx).
- Đối với các tài liệu khác: định dạng file dạng **PDF**

3. Các thông tin cần lưu ý: Đề nghị các nhà cung cấp hoàn thiện cung cấp tài liệu chào giá và gửi tài liệu chào giá của vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế theo hướng dẫn sau: Sử dụng đúng biểu mẫu đính kèm (**biểu mẫu 1**) theo quy định của Bệnh viện để hoàn thiện nội dung chào giá cần mua sắm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (TMK_1b)

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Tuấn

BẢNG CHÀO GIÁ MUA SẴM VẬT TƯ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ
THEO CÔNG VẤN SỐ: /BVM-VTTBYT, ngày tháng năm 2026

Áp dụng đối với nhu cầu xây dựng giá mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 1)

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu mời chào giá mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 1), chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp tài liệu báo giá cho mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 1) như sau:

1. Bảng chào giá của vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế Bệnh viện Mắt (lần 1) như sau:

STT	Chủng loại / Tên thiết bị / Hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mã HS	Ký mã hiệu	Hãng, sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá +VAT (VNĐ)	Mô tả tính năng kỹ thuật	Tên công ty	Mã định danh

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Tài liệu chào giá của vật tư sửa chữa thiết bị y tế, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế nêu phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bản quyền hàng hóa.

- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày tháng năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



