

Số: 1911/BVM-VTTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm thiết bị y tế “Giường bệnh nhân (3 tay quay)” – lần 2

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế “Giường bệnh nhân (3 tay quay)” – lần 2 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: **Bệnh viện Mắt**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận mời chào giá:

Mã số thuế : 0301483745

Địa chỉ : 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM

Số điện thoại : (028).3932.5364 - 1224

Địa chỉ email : vttbyt@bvmat.vn

3. Cách thức tiếp nhận tài liệu mời chào giá: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: **Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM.**

Trên phong bì ghi rõ:

- Tiêu đề: “Mua sắm thiết bị y tế “Giường bệnh nhân (3 tay quay)” – lần 2 theo công văn số 1911.../BVM-VTTBYT, ngày 03 tháng 7 năm 2026”

- Nơi nhận: **Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM**

4. Thời hạn tiếp nhận mời chào giá: Tối thiểu 10 ngày theo thông báo đăng tải trên trang web <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> và trên trang Web Bệnh viện. Thời hạn hiệu lực nhận báo giá theo ngày trên dấu công văn đến của Bệnh viện. Các tài liệu có ngày tiếp nhận sau thời điểm tờ trình dự toán được phê duyệt sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của chào giá, tính năng kỹ thuật: Tối thiểu 180 ngày, cụ thể theo thông báo được đăng tải.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Danh mục thiết bị y tế cần mời chào giá:

Stt	Tên thiết bị y tế	Tên thiết bị theo yêu cầu chuyên môn	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về Tính năng kỹ thuật
1	Giường bệnh nhân	Giường bệnh nhân (3 tay quay)	Cái	14	Chi tiết tính năng kỹ thuật theo phụ lục đính kèm

Lưu ý:

- Trong tài liệu của quý công ty vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

- Về cấu hình, thông số kỹ thuật công ty vui lòng **"Highlight"** các tính năng đáp ứng yêu cầu của bệnh viện.

- Các nội dung về yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật nếu có ý khác hoặc góp ý bổ sung công ty vui lòng phản hồi bằng văn bản về cho Bệnh viện (nếu có). *✓*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (TMK_1b). *✓*



Biểu mẫu 1

(điền Header của Công ty)
BẢO GIÁ THEO CÔNG VĂN SỐ 1911/BVM-VTTBYT NGÀY 03/7/2026
Áp dụng đối với nhu cầu Mua sắm thiết bị y tế “Giường bệnh nhân (3 tay quay)” – lần 2

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] xin cung cấp báo giá cho thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục:

Stt	Tên thiết bị	Tên thương mại	Ký mã hiệu, Model	Hãng sx	Nước sx	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá VAT (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Tên Công ty/ Nhà cung cấp	Mã định danh (vn...)
	(1)						(2)	(3)	A=A1+A2	A1	A2	B = A x (3)		
1														
2														
3														

- (1), (2), (3): Theo thông tin trong Danh mục của bệnh viện (mục II.1)
(Giải kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan - nếu có)
2. Tài liệu này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Tài liệu của thiết bị y tế nêu trong phía trên là không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 - Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực.

....., ngày tháng năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục
YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1911 /BVM-VTTBYT ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt)

1. GIƯỜNG BỆNH NHÂN (SỐ LƯỢNG: 14 Cái)

1.1. Yêu cầu chuyên môn:

- Giường bệnh nhân (3 tay quay)

1.2. Yêu cầu chung:

- Mới 100%
- Sản xuất: từ năm 2025 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485).

1.3. Yêu cầu cấu hình:

- Khung giường – 01 cái
- Tấm chắn đầu đuôi giường – 02 cái
- Lan can – 02 cái
- Bánh xe có khoá – 04 cái
- Nệm giường – 01 cái
- Tay quay – 03 cái
- Cọc truyền dịch – 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: tiếng anh/tiếng việt: 01 bộ

1.4. Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Nâng - hạ đầu giường: điều chỉnh góc 0 - 70°
2. Nâng – hạ chân: điều chỉnh góc 0 - 40°
3. Nâng – hạ toàn bộ giường: điều chỉnh chiều cao 450 – 700mm
4. Ba tay quay độc lập: nhẹ, gấp gọn, chống tụt
5. Khung giường chịu tải: $\geq 180\text{kg}$
6. Mặt giường thoáng khí: thép đục lỗ hoặc nan thép
7. Lan can hai bên: gấp lên/xuống, khoá an toàn
8. Đầu – đuôi giường tháo rời: tháo nhanh không cần dụng cụ
9. Nệm y tế chống loét: Dày $\geq 7\text{ cm}$, phân bố áp lực
10. Vỏ nệm chống thấm: Kháng khuẩn, dễ lau chùi
11. Bánh xe y tế: 04 bánh, xoay 360°, phanh từng bánh hoặc trung tâm
12. Phụ kiện treo dịch: cọc truyền dịch ≥ 4 móc
13. Bề mặt khử khuẩn: Chịu hoá chất sát khuẩn
14. Thiết kế an toàn: Cạnh bo tròn, không sắc nhọn
15. Kích thước:
 - Chiều dài: Khoảng 200 cm - 218 cm (2000mm - 2180mm).
 - Chiều rộng: Khoảng 90 cm - 106 cm (900mm - 1060mm).
 - Kích thước nệm: Thường có kích thước tương ứng với chiều dài/rộng giường (ví dụ: 190cm x 85cm).
16. Giá treo bình oxy: cố định vào khung giường, chịu được tải bình oxy tiêu chuẩn, dễ thao tác, không làm vướng khi di chuyển



17. Bảng ép tim (CPR board): tích hợp sẵn trong giường hoặc dạng tháo rời, sử dụng khi hồi sức tim phổi

18. Giường dễ tháo lắp để khử khuẩn nhanh.

1.5. Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư, Có văn bản cam kết của nhà thầu.

- Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện, có văn bản cam kết của nhà thầu

- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 6 tháng/1 lần, Có văn bản cam kết của nhà thầu. Kỹ sư thực hiện bảo trì, bảo hành phải được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo chính hãng.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ, Có văn bản cam kết của nhà thầu

- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.

- Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, đào tạo sử dụng an toàn cho NVYT.
