

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 1872/QĐ-BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá:
Mua sắm dụng cụ y tế của Bệnh viện Mắt (lần 20)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 (Luật số 57/2024/QH15);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 665/TTr-VTTBYT ngày 22/10/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Mua sắm dụng cụ y tế của Bệnh viện Mắt (lần 20).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

- Tên yêu cầu báo giá, danh mục, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật:** Mua sắm dụng cụ y tế của Bệnh viện Mắt (lần 20) (Chi tiết Phụ lục đính kèm)
- Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Mắt
- Phân loại báo giá:** Gói thầu mua dụng cụ y tế cho Bệnh viện Mắt.
- Địa điểm thực hiện:** 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
- Chức vụ: Trưởng phòng

- Số điện thoại: 028.39325364
- Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vttbyt@bvmat.vn

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/10/2026 đến trước ngày 06/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực tối thiểu của báo giá: 180 ngày, kể từ ngày 06/11/2026.

Điều 2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải Yêu cầu báo giá công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trực thuộc Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTBYT (TMK_2b)



GIÁM ĐỐC

Lê Anh Tuấn



Phụ lục
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
MUA SẴM DỤNG CỤ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN MẮT (LẦN 20)
(Đính kèm Quyết định số 1872 /QĐ-BVM, ngày 26/10/2026 của Bệnh viện Mắt)

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
1.1. Danh mục Dụng cụ y tế						
1	Kính tiếp xúc giác mạc dùng cho laser quang đông võng mạc, loại Focal/Grid	<ul style="list-style-type: none">- Độ phóng đại ảnh: $\geq 0,96\times$- Phóng đại điểm laser (Laser Spot Magnification): $\geq 1.05\times$- Đường kính tiếp xúc (Contact Diameter): khoảng 15.5 mm- Chiều cao tổng thể của (Lens Height): 32.5 mm- Góc quan sát tĩnh (Static FOV): ≥ 90 độ- Góc quan sát động (Dynamic FOV): ≥ 121 độ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Dụng cụ y tế
2	Kính tiếp xúc giác mạc dùng cho laser quang đông võng mạc, loại góc rộng (PRP)	<ul style="list-style-type: none">- Độ phóng đại ảnh: $\geq 0.51\times$- Phóng đại điểm laser (Laser Spot Magnification): $\geq 1.96\times$- Đường kính tiếp xúc: 17.5 mm- Chiều cao thấu kính: 28 mm- Góc quan sát tĩnh: ≥ 165 độ- Góc quan sát động: ≥ 180 độ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Dụng cụ y tế

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Phân loại hàng hóa
3	Kính tiếp xúc giác mạc dùng để quan sát trực tiếp và điều trị vùng cực sau nhãn cầu	<ul style="list-style-type: none"> - Trường quan sát 22 độ / 26 độ - Độ phóng đại hình ảnh: 0,90× - Độ phóng đại điểm laser: 1,11× - Có các tùy chọn tiếp xúc loại có vành (Flange) và loại ANF+ - Cho kích thước điểm laser lớn nhất trong các loại kính laser - Thiết kế dạng cao (high-profile) giúp loại bỏ hiện tượng phản xạ - Thiết kế bề mặt tiếp xúc giác mạc phi cầu được tối ưu hóa, giúp kính ôm khít giác mạc tốt hơn và tăng khả năng điều khiển, di chuyển kính trong quá trình sử dụng 	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Dụng cụ y tế
4	Dụng cụ hàn miệng túi tiết trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 500W - Năng suất: 16 m / phút - Kích thước đường hàn: 5-20 cm - Kích thước miệng túi: 5-25 cm - Trọng lượng túi có thể hàn: 50 – 5000 gram - Nhiệt độ: 50 độ C – 300 độ C - Trọng lượng máy: < 30 Kg. - Điện áp: 220-240 VAC 	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Dụng cụ y tế
5	Dụng cụ súng bắn vòng căng bao	<ul style="list-style-type: none"> - Dụng cụ đưa vòng căng bao thủy tinh thể (CTR Injector/Inserter), - Loại tái sử dụng, chế tạo bằng kim loại dùng trong phẫu thuật. - Có cơ cấu giữ và điều khiển CTR bằng móc, kẹp, cơ cấu đẩy hoặc thiết kế tương đương, bảo đảm đưa CTR vào túi bao chính xác, có kiểm soát và hạn chế tác động lên bao thủy tinh thể. - Đầu dụng cụ thiết kế mảnh, chính xác, bề mặt nhẵn, hạn chế nguy cơ làm biến dạng CTR (vòng căng bao) hoặc gây tổn thương túi bao; - Có khả năng làm sạch và tiệt khuẩn nhiều lần bằng phương pháp phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	4	Dụng cụ y tế