

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 4875/QĐ-BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá Máy làm xét nghiệm ion đồ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 (Luật số 57/2024/QH15);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 646/TTr-VTTBYT ngày 16/10/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Máy làm xét nghiệm ion đồ;

Căn cứ Tờ trình số 668/TTr-VTTBYT ngày 23/10/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin điều chỉnh thời hạn tiếp nhận báo giá của Quyết định và Tờ trình số 646/TTr-VTTBYT, ngày 16/10/2026 về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Máy làm xét nghiệm ion đồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

- Tên yêu cầu báo giá, danh mục, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật:** Yêu cầu báo giá Máy làm xét nghiệm ion đồ. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
- Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Mắt
- Phân loại báo giá:** Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế.
- Địa điểm thực hiện:** 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 028.39325364
- Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Email: vttbyt@bvmat.vn

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 27/10/2026 đến trước ngày 06/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực tối thiểu của báo giá: 180 ngày, kể từ ngày 06/11/2026.
- Công ty báo giá gửi bộ hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm vào mục “**TÀI LIỆU KHÁC**” và Công ty chào giá cho hạng mục được mời chào (01 hạng mục), đồng thời lập bảng giá chi tiết đính kèm cho từng hạng mục được mời chào thẩm định vào mục “**TÀI LIỆU KHÁC**” trên Webform.

Điều 2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải Yêu cầu báo giá công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trực thuộc Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTBYT (NHB_2b)

GIÁM ĐỐC



Lê Anh Tuấn

Phụ lục
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA

(Đính kèm Quyết định số: 1875 /QĐ-BVM ngày 26/10/2026 của Bệnh viện Mắt)

I. MÁY LÀM XÉT NGHIỆM ION ĐỒ (số lượng: 01 máy)

1.1 Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới: 100%
- Sản xuất: tính từ năm phát hành Hồ sơ mời thầu trở về sau.
- Điện áp: phù hợp với điện lưới tại Việt Nam.
- Thiết bị có chứng nhận: ISO 13485
- Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
- Xuất xứ: yêu cầu nhóm nước G7 (gồm: Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Ý, Canada),

Thụy sĩ.

- Lưu hành tại nước xuất xứ

1.2 Yêu cầu cấu hình:

- Máy chính 01 cái
- Dây nguồn 01 cái
- Bộ điện cực Na+ 01 cái
- Bộ điện cực K+ 01 cái
- Bộ điện cực Cl- 01 cái
- Bộ điện cực Ca++ 01 cái
- Máy in nhiệt 01 cái
- Đầu đọc mã vạch 01 cái
- Cổng kết nối qua RS-232 01 cái

1.3 Tính năng kỹ thuật gồm các yêu cầu tối thiểu sau:

- Phương pháp đo: đo trực tiếp bằng điện cực chọn lọc ion (ISE)
- Các thông số cần đo: Na+, K+, Cl-, Ca++, pH
- Loại mẫu: phù hợp nhiều loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, nước tiểu

- Công suất: ≥ 50 mẫu/ giờ
- Thể tích mẫu: $\leq 150\mu\text{l}$
- Cách lấy mẫu: Thủ công qua kim hút mẫu và bộ lấy mẫu tự động tùy chọn
- Hiệu chuẩn tự động hoặc có thể cài đặt tùy người sử dụng
- Phạm vi đo lường:

➤ **Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần:**

+ Na⁺:

- Giới hạn dưới ≤ 30 mmol/l
- Giới hạn trên ≥ 200 mmol/l

+ K⁺:

- Giới hạn dưới ≤ 0.5 mmol/l
- Giới hạn trên ≥ 15 mmol/l

+ Cl⁻:

- Giới hạn dưới ≤ 30 mmol/l



- Giới hạn trên ≥ 200 mmol/l
- + Ca^{++} :
- Giới hạn dưới ≤ 0.1 mmol/l
- Giới hạn trên ≥ 5 mmol/l

+ pH:

- Giới hạn dưới ≤ 4 units
- Giới hạn trên ≥ 9 units

➤ Nước tiểu

+ Na^+ :

- Giới hạn dưới ≤ 50 mmol/l
- Giới hạn trên ≥ 250 mmol/l

+ K^+ :

- Giới hạn dưới ≤ 10 mmol/l
- Giới hạn trên ≥ 100 mmol/l

+ Cl^- :

- Giới hạn dưới ≤ 50 mmol/l
- Giới hạn trên ≥ 250 mmol/l
- Báo cáo kết quả QC với các thông số: XTB, SD, CV%
- Có cảnh báo mẫu có kết quả bất thường (giới hạn phân tích cao, thấp)
- Giao diện: có thể kết nối qua hệ thống LIS, mạng LAN
- Ngoại vi: đầu đọc mã vạch có thể được kết nối qua RS-232
- Máy in nhiệt tích hợp
- Thuốc thử: hệ thống kín, chỉ cần 1 gói thuốc thử cho tất cả các tham số
- Xử lý chất thải: Hộp chứa chất thải ô nhiễm được tích hợp trong gói thuốc thử

1.4 Các yêu cầu khác:

- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng từ ngày đưa vào vận hành (ngày nghiệm thu thiết bị) của chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải có cam kết: Giao hàng, lắp đặt, chạy thử, và hướng dẫn sử dụng cho người dùng tại bệnh viện.
- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: tối thiểu ≤ 3 tháng/1 lần.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ.
- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư, linh kiện và phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm.
- Nhà cung cấp phải cam kết hỗ trợ thực hiện xác nhận giá trị phương pháp trước khi sử dụng theo các tiêu chuẩn của Quyết định 2429/QĐ-BYT (cam kết cung cấp vật, hóa chất,...)
- Yêu cầu nhà cung cấp trao đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt

BỆNH VIỆN MẮT 