

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 111/QĐ-BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá:
Mua sắm trực tiếp Thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024 (Luật số 57/2024/QH15);

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 599/TTr-VTTBYT ngày 28/9/2026 của Phòng Vật tư, thiết bị y tế về việc xin phê duyệt Yêu cầu báo giá Mua sắm trực tiếp Thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính như sau:

Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

1. Tên yêu cầu báo giá, danh mục, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật: Mua sắm trực tiếp Thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt năm 2026.

(Chi tiết Phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt

3. Phân loại báo giá: Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế.

4. Địa điểm thực hiện: 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Số điện thoại: 028.39325364
- Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vttbyt@bvmat.vn

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/10/2026 đến trước ngày 17/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực tối thiểu của báo giá: 180 ngày, kể từ ngày 17/10/2026.

Điều 2. Phòng Vật tư, thiết bị y tế có trách nhiệm đăng tải Yêu cầu báo giá công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trực thuộc Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VTTBYT (NNPT_2b) /



Phụ lục
DANH MỤC YÊU CẦU BẢO GIÁ
MUA SẴM TRỰC TIẾP THỦY TINH THỂ NHẮN TẠO ĐẶC BIỆT NĂM 2026
(Đính kèm Quyết định số 1312 /QĐ-BVM, ngày 02 /10/2026 của Bệnh viện Mắt)

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Yêu cầu chất lượng	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu, ki nước, điều chỉnh loạn thị, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Đơn tiêu điều chỉnh loạn thị Quang học: RoF < 1.2 D Chất liệu: Acrylic ki nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dải công suất: • Độ cầu: +10D đến + 30D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1.5D đến +6D Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ ≤ +24.0D (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

2	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu, kì nước, điều chỉnh loạn thị	Loại: Đơn tiêu điều chỉnh loạn thị Quang học: RoF < 1.2 D Chất liệu: Acrylic kì nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dải công suất: • Độ cầu: +10D đến + 30D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1.5D đến +6D Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ ≤ +24.0D (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
3	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu, hỗn hợp, điều chỉnh loạn thị	Loại: Đơn tiêu điều chỉnh loạn thị Quang học: RoF < 1.2 D Chất liệu: Acrylic hỗn hợp Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dải công suất: • Độ cầu: +10D đến + 30D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +0.75D đến +6D Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ ≤ +24.0D (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

4	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu, điều chỉnh loạn thị, dài độ rộng	Loại: Đơn tiêu điều chỉnh loạn thị Quang học: $RoF < 1.2 D$ Chất liệu: Acrylic Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dài công suất: • Độ cầu: -10D đến +30D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1D đến +12D Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dài độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
5	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu tăng cường, kị nước, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Đơn tiêu tăng cường Quang học: $1.2 D \leq RoF < 1.58 D$ Chất liệu: Acrylic kị nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dài công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dài độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

6	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu tăng cường, kị loạn thị, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Đơn tiêu tăng cường điều chỉnh loạn thị Quang học: $1.2 D \leq \text{RoF} < 1.58 D$ Chất liệu: Acrylic kị nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đám bảo dài công suất: • Độ cầu: +1.0D đến +3.0D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1.5D đến +6D Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.2 mm cho dài độ $\leq +24.0D$ (đường mổ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cải	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
7	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu tăng cường, kị nước	Loại: Đơn tiêu tăng cường Quang học: $1.2 D \leq \text{RoF} < 1.58 D$ Chất liệu: Acrylic kị nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đám bảo dài công suất: +1.0.D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.2 mm cho dài độ $\leq +24.0D$ (đường mổ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cải	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

8	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu tăng cường, hỗn hợp	Loại: Đơn tiêu tăng cường Quang học: $1.2 D \leq \text{RoF} < 1.58 D$ Chất liệu: Acrylic hỗn hợp Đường kính tổng: $10.75 \text{ mm} - 13 \text{ mm}$ Đường kính optic: $6 \text{ mm} \div 6.15 \text{ mm}$ Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải dải công suất: $+10.0D$ đến $+30.0D$ (bước $0.5D$) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thẻ hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
9	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu tăng cường, ngâm nước	Loại: Đơn tiêu tăng cường Quang học: $1.2 D \leq \text{RoF} < 1.58 D$ Chất liệu: Acrylic ngâm nước Đường kính tổng: $10.75 \text{ mm} - 13 \text{ mm}$ Đường kính optic: $6 \text{ mm} \div 6.15 \text{ mm}$ Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải dải công suất: $+10.0D$ đến $+30.0D$ (bước $0.5D$) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thẻ hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

10	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu kéo dài, kị nước, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Đơn tiêu kéo dài Quang học: $1.58 D \leq \text{RoF} < 2.3 D$ Chất liệu: Acrylic kị nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cải	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
11	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu kéo dài, kị nước	Loại: Đơn tiêu kéo dài Quang học: $1.58 D \leq \text{RoF} < 2.3 D$ Chất liệu: Acrylic kị nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cải	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

12	Thủy tinh thể một mảnh, đơn tiêu kéo dài, hỗn hợp	Loại: Đơn tiêu kéo dài Quang học: $1.58 D \leq \text{RoF} < 2.3 D$ Chất liệu: Acrylic hỗn hợp Đường kính tổng: $10.75 \text{ mm} - 13 \text{ mm}$ Đường kính optic: $6 \text{ mm} \div 6.15 \text{ mm}$ Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: $+10.0D$ đến $+30.0D$ (bước $0.5D$) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dài độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
13	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp liên tục, kị nước, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu chuyển tiếp liên tục Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3 D$ và $\Delta VA (\log \text{MAR}) < 0.05$ Chất liệu: Acrylic kị nước Đường kính tổng: $10.75 \text{ mm} - 13 \text{ mm}$ Đường kính optic: $6 \text{ mm} \div 6.15 \text{ mm}$ Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: $+10.0D$ đến $+30.0D$ (bước $0.5D$) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dài độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

14	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp liên tục, kĩ nước, điều chỉnh loạn thị, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu chuyển tiếp liên tục điều chỉnh loạn thị Quang học: RoF ≥ 2.3 D và ΔV_A ($\log MAR$) < 0.05 Chất liệu: Acrylic kĩ nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dải công suất: • Độ cầu: +1.0D đến +3.0D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1.5D đến +3.75D Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mổ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
15	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp liên tục, kĩ nước	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu chuyển tiếp liên tục Quang học: RoF ≥ 2.3 D và ΔV_A ($\log MAR$) < 0.05 Chất liệu: Acrylic kĩ nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +1.0.DD đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mổ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

16	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp liên tục, ngâm nước	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu chuyển tiếp liên tục Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3 \text{ D}$ và $\Delta\text{VA} (\log\text{MAR}) < 0.05$ Chất liệu: Acrylic ngâm nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm – 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0\text{D}$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tượng trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
17	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp liên tục, kỵ nước, cầu sai trung tính	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu chuyển tiếp liên tục Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3 \text{ D}$ và $\Delta\text{VA} (\log\text{MAR}) < 0.05$ Chất liệu: Acrylic kỵ nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm – 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +0.0D đến + 34.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0\text{D}$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: CẦU SAI TRUNG TÍNH + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tượng trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

18	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp đều, ki nước, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Đa tiêu chuyển tiếp chuyển tiếp đều Quang học: $RoF \geq 2.3$ D và $0.05 \leq \Delta VA$ (logMAR) < 0.14 Chất liệu: Acrylic ki nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
19	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp đều, ki nước, điều chỉnh loạn thị, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Đa tiêu chuyển tiếp chuyển tiếp đều, điều chỉnh loạn thị Quang học: $RoF \geq 2.3$ D và $0.05 \leq \Delta VA$ (logMAR) < 0.14 Chất liệu: Acrylic ki nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dải công suất: • Độ cầu: +10D đến + 30D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1.5D đến +3.75D Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

20	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp đều, hỗn hợp	Loại: Đa tiêu chuyển tiếp chuyển tiếp đều Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3 \text{ D}$ và $0.05 \leq \Delta \text{VA} (\log \text{MAR}) < 0.14$ Chất liệu: Acrylic hỗn hợp Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0\text{D}$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tượng trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
21	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp đều, ngâm nước	Loại: Đa tiêu chuyển tiếp chuyển tiếp đều Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3 \text{ D}$ và $0.05 \leq \Delta \text{VA} (\log \text{MAR}) < 0.14$ Chất liệu: Acrylic ngâm nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0\text{D}$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tượng trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

22	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu chuyển tiếp đều, điều chỉnh loạn thị	Loại: Đa tiêu chuyển tiếp chuyển tiếp đều điều chỉnh loạn thị Quang học: RoF ≥ 2.3 D và $0.05 \leq \Delta V_A$ (logMAR) < 0.14 Chất liệu: Acrylic hỗn hợp Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao - Đảm bảo dải công suất: • Độ cầu: +10D đến +30D (bước nhảy 0.5D) • Độ trụ: +1.5D đến +3.75D Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mổ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan Được lưu hành tại nước xuất xứ 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh Cải 1 Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
23	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu, kỹ nước, tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu Quang học: RoF $\geq 2.3D$ và ΔV_A (logMAR) ≥ 0.14 Chất liệu: Acrylic kỹ nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: qua được vết mổ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0D$ (đường mổ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA và CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan Được lưu hành tại nước xuất xứ 280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh Cải 1 Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương trưng); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.

24	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu, ki nước	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3\text{D}$ và $\Delta\text{VA} (\log\text{MAR}) \geq 0.14$ Chất liệu: Acrylic ki nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0\text{D}$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương đương); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.
25	Thủy tinh thể một mảnh, đa tiêu, ngâm nước	Loại: Thủy tinh thể đa tiêu Quang học: $\text{RoF} \geq 2.3\text{D}$ và $\Delta\text{VA} (\log\text{MAR}) \geq 0.14$ Chất liệu: Acrylic ngâm nước Đường kính tổng: 10.75 mm – 13 mm Đường kính optic: 6 mm ÷ 6.15 mm Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dải công suất: +10.0D đến +30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mờ: qua được vết mờ 2.2 mm cho dải độ $\leq +24.0\text{D}$ (đường mờ giác mạc) Các tính năng đặc biệt khác: + Tiêu chuẩn: FDA, CE	Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan	Được lưu hành tại nước xuất xứ	280, Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh	Cái	1	Về số lượng thủy tinh thể nhân tạo đặc biệt dự kiến mua sắm theo hình thức mua sắm trực tiếp được xây dựng dựa theo số lượng của gói thầu đã ký hợp đồng trước đó (Số lượng 1 thể hiện tại cột "Khối lượng" mang tính tương đương); Số lượng mua sắm thỏa điều kiện quy định áp dụng mua sắm trực tiếp.



